

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado

ONCAE

COMUNICADO ONCAE-016-2020

La Dirección Presidencial de Transparencia, Modernización y Gobierno Digital (DPTMGD), a través de la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE), comunica todas las instituciones del Estado y proveedores de Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020; se han culminado con la primera y segunda Inclusión de Productos para el **“CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA PCM-005-2020”** Conforme al Comunicado ONCAE-012-2020.

Estas Inclusiones de Productos en el Catálogo Electrónico, consisten en la inclusión de productos solicitados por las instituciones en apoyo a la prevención de la emergencia Global (2019-nCov) y en cumplimiento al Decreto Ejecutivo No. PCM-005-2020; Se adjunta al presente comunicado, listados de productos incluidos en el Catálogo Electrónico de Emergencia PCM-005-2020.

El listado de productos y proveedores se encontrarán disponible en la plataforma “Honducmpras”, el CATÁLOGO ELECTRÓNICO DE EMERGENCIA PCM-005-2020; como una herramienta de apoyo, no obligatoria, para los órganos responsables de la contratación. Por lo que además de los mecanismos de compra que se contemplan en la normativa vigente, dicho catalogo puede ser utilizado como referencia para cotizaciones y/o emisión de órdenes de compra electrónicas.

Debido a la naturaleza de los productos e insumos, así como la situación actual del mercado, que provoca una acelerada variación en los inventarios de los proveedores, el catálogo electrónico de emergencia muestra todas las opciones de compra, por lo que las instituciones previo a realizar la adquisición, deben comprobar que el proveedor tiene las cantidades requeridas, y oficializar la compra en las mejores condiciones, de precio, calidad y entrega para la administración; así como verificar la idoneidad y cumplimiento técnico, económico y legal de los productos que comprende este catálogo.

Tegucigalpa M. D. C. 09 de abril del 2020

Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado
SECRETARIA DE COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

ANEXO 1

- Sistema de Rx digitalizado, computadora Digitalizadora 17x17 pulgadas, Impresora DRY Imagen HU.Q;
- Sistema de Rx Portátil Digital;
- Lata de Sardinias en salsa de tomate 15 oz;
- Lata de Maíz Dulce 400 g;
- Lata de Melocotón en almíbar 800 g;
- Lata de Cóctel de Frutas en almíbar 800 g;
- Lata de Vegetales Mixtos 400 g;
- Lata de Champiñones 400 g;
- Film Alimenticio 12x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades;
- Film Alimenticio 18x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades;
- Film Alimenticio 12x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades;
- Film Alimenticio 15x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades;
- Film Alimenticio 18x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades;
- Cajas de embalaje triple;
- Medio de transporte viral;
- Caja de seguridad;
- Termonebulizador; y,
- Ventilador Mecánico pulmonar de alta especialidad para paciente pediátrico y adulto.

ANEXO 2

Primera Inclusión

Bloqueo (freno)	EM Lock, sensor de haz activado / desactivado	
Balance	contrapeso	
Clasificación eléctrica	24VDC, 1A	
Dimensiones y Peso	1,599(H) x 659(W) x 445(D) mm / 110kg(242lbs) 1,749(H) x 659(W) x 445(D) mm / 113kg(249lbs) 1,919(H) x 659(W) x 445(D) mm / 116kg(255lbs) 2,169(H) x 659(W) x 445(D) mm / 120kg(264lbs)	
Especificaciones - Conjunto de tubo de rayos X de ánodo giratorio		
Tensión máxima del tubo de rayos X	125kV	
Tamaño de punto focal [pequeño / grande]	1.0/2.0 mm	
Contenido de calor del ánodo	100kJ(140kHU)	
Min. Velocidad de rotación del ánodo (60Hz)	Min. 3,200rpm	
Descripción		
<p>Uso previsto: el conjunto del tubo de rayos X con el ánodo giratorio de doble foco El tubo de rayos X DXT-8M está diseñado para ser utilizado en equipos de diagnóstico de rayos X.</p> <p>Tubo de inserción de ánodo giratorio de 125kV, 140kHU diseñado para procedimientos radiográficos generales.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Objetivo T2M con revestimiento de aleación de tungsteno-renio de 16° y 74 mm de diámetro - Disponible en las combinaciones de punto focal de 1.0 mm / 2.0 mm - Estator de mín. Velocidad de rotación de 3200 rpm <p>Contenido de calor de 900kJ del conjunto del tubo de rayos X Acomodado con receptáculos de cable de alto voltaje tipo IEC60526.</p>		
Clasificación		
<p>Protección contra descargas eléctricas: Clase I, Parte no aplicada ☐ Protección contra el ingreso nocivo de agua: IPXD Método de esterilización: No aplicable Idoneidad para el uso en un ENTORNO RICO DE OXÍGENO: No aplicable ☐ Modo de operación: Operación continua</p>		
Datos eléctricos		
Voltaje nominal del tubo de rayos X	125 kV	
Voltaje de funcionamiento del tubo de rayos X	40 ~ 125 kV	
Tamaño nominal del punto focal		
Grande	2.0 mm	
Pequeño	1.0 mm	
Velocidad de rotación del ánodo		
50Hz	Min. 2,700 rpm	
60Hz	Min. 3,200 rpm	
Resistencia del estator		
Bobinado principal	33.5 Ω	
Bobinado Auxiliar	64.0 Ω	
Condensador del estator	24 μF	
Resistencia entre carcasa y terminales de bajo voltaje	Min. 2 MΩ	
Potencia nominal de entrada del ánodo		
Focus	50 Hz	60 Hz
Grande	43 kW	47 kW
Pequeño	21 kW	22.5 kW
Temperatura normal de funcionamiento de la carcasa	16 ~ 75 °C	
Datos mecánicos		
Longitud total	491 mm	
Peso aproximado	16 kg	
Objetivo		
Diámetro objetivo	74 mm	
Ángulo del ánodo	16 grados	
Material	Tungsteno-Renio enfrentó T2M	
Filtración		
Filtración permanente	1.0 mm Al / 75 kV	
Protección Radiológica		
Factor de técnica de fuga	125 kV, 4 mA	
Cobertura de rayos X (a SID 750 mm)	354 x 354 mm	
Método de enfriamiento	aire natural	



GOBIERNO DE LA
REPÚBLICA DE HONDURAS



SECRETARIA DE COORDINACION
GENERAL DE GOBIERNO



Máx. y Calificaciones mínimas (valor máximo de diseño)	
máximo. Voltaje del tubo de rayos X	125 kV
máximo. Voltaje a tierra	63 kV
Voltaje mínimo del tubo de rayos X	40 kV
Corriente máxima del tubo de rayos X	
Grande	570 mA
Pequeña	340 mA
máximo. Corriente de filamento	5.1 A
Voltaje del filamento (a la corriente máxima del filamento 5.1A)	
Grande	7,7 x 10,4 V
Pequeña	5,8 x 7,8 V
Límites de frecuencia de filamentos	0 a 25 kHz
Características térmicas	
Contenido de calor de ánodo	100 kJ (140 kHU)
máximo. Disipación de calor de ánodo 475 W (667 HU/s)	475 W (667 HU/s)
Contenido de calor del ensamble del tubo de rayos X	900 kJ (1250 kHU)
máximo. Disipación continua de calor sin circulador de aire	180 W (15 kHU/min)

ESPECIFICACIONES IMPRESORA

Parámetros principales	
Tecnología de impresión	Térmica directa (película seca, con carga diurna)
Resolución espacial	320 ppp (12,6 píxeles / mm)
Rendimiento	14" x 17" \geq 50 hojas / h; 8" x 10" \geq 70 hojas / h
Resolución de contraste en escala de grises	14 bits
Método de transferencia de película	Modo de frotamiento
Entrada de Película	Dos bandejas de alimentación, capacidad de 100 hojas para cada bandeja
Tamaños de películas	8" x 10", 10" x 12", 11" x 14", 14" x 17"
Tipo de película	Película térmica médica seca (base azul o transparente)
Interface	10/100/1000 Base-T Ethernet (RJ-45)
Protocolo de red	Conexión estándar DICOM 3.0
Calidad de imagen	Calibración automática mediante densitómetro incorporado.
Panel de control	Pantalla táctil, que se muestra en línea, alerta, falla y activa
Fuente de alimentación	100-240V 50 / 60Hz, 600W
Peso	50 kg
Temperatura de funcionamiento	5 °C -35 °C
Humedad de funcionamiento	35% -75%
Humedad de almacenamiento	30% -85%
Temperatura de almacenamiento	-22 °C -50 °C
Tenencia de Base	Opcional

SISTEMA DE RAYOS X PORTATIL DIGITALIZADO

Generador
Generador de rayos X de alta frecuencia de 4kW, 100kHz
Salida: 4kW, 120kV, 100mA
Entrada: 1Ø, 100-240VAC
Máximo 120kVp / 0.1 ~ 250mAs
330 ~ 2,000mm FD
53.5kg incluyendo unidad de rayos X, colimador y soporte
Altura máxima de 228.6cm
Colimador con temporizador de lámpara LED de 30 segundos
Interruptor manual de exposición
Soporte plegable de dos pasos
Vehículo cargable
Bloqueo de la rueda
Bloqueo automático del brazo del tubo en cualquier ángulo
Espacio de almacenamiento para detectores
APR programable por el usuario
9 configuraciones de APR
Exposición a rayos X de tres vías
Interfaz USB y Bluetooth
Control remoto (Opcional)
Soporte para laptop y soporte para detector para sistema DR

Digitalizador

Panel Digitalizador	
Active Pixel Area / Matrix	17 x 17 pulgadas (3.052 x 3.052)
Pixel Pitch	139µm
Limitación de la resolución	3,6 lp/mm
Pantalla	CsI o DRZ+
Rango de energía	40 – 150kVp
Conversión A/D	16 bits
Interfaz	Gigabit Ethernet
Peso	DRZ+ 6.1 kg(13.4 lbs.) CsI 6,2 kg(13.6 lbs.)

Segunda Inclusión

No.	Insumo	Descripción técnica
Abarrotería		
1	Lata de Sardinias en salsa de tomate 15 oz	
2	Lata de Maíz Dulce 400 g	
3	Lata de Melocotón en almíbar 800 g	
4	Lata de Cóctel de Frutas en almíbar 800 g	
5	Lata de Vegetales Mixtos 400 g	
6	Lata de Champiñones 400 g	
7	Film Alimenticio 12x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades.	
8	Film Alimenticio 18x2000 Pies Presentación Caja de 4 unidades.	

9	Film Alimenticio 12x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades.	
10	Film Alimenticio 15x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades.	
11	Film Alimenticio 18x5000 Pies Presentación Caja de 2 unidades.	
Recolección de muestras		
12	Cajas de embalaje triple	Cajas de embalaje triple para el transporte de cartón de resistencia excepcional: la protección perfecta y de larga duración para cargas pesadas y frágiles hasta 350 kg.

EQUIPOS

No.	TERMONEBULIZADOR.	
41	Tanque de combustible, Tubo nebulizador, Tanque de Solución y Bomba de aire	Acero Inoxidable
	<p>Termo nebulizador TF 35, con tanque de combustible de acero inoxidable, Bomba de aire de acero inoxidable con sistema de ignición sin bujía fabricado en latón, Viton o teflón, Peso en Kg, vacío pero listo para el uso 7,9 dimensiones Lx AN x AL in cm 137,5 x 27 x 34 Capacidad depósito producto en l estándar opcional 5,7 10 Consumo de combustible, aprox en l/h 2,0 Rendimiento cámara combustión en KW/C.V. 18,7 / 25,4 Flujo máximo, aprox. En l/h 42 Alcance efectivo horizontal en interior, aprox. En metros (formulación de agua, ej. Portador NEBOL) (formulación de aceite) 40 a 100 Fuente de alimentación, (batería) 4 x 1,5 C LR20 o LR6 opción.</p> <p>Máxima tasa de flujo hasta 105.000 m³ /h o 3.708.000 pies³ /h con un gasto de 1 litro/2.500 m³. Las mezclas a base de aceite se aplican con el tubo nebulizador estándar, y las soluciones a base de agua con el tubo de nebulización especial "W"</p>	

VENTILADOR MECANICO PULMONAR DE ALTA ESPECIALIDAD PARA PACIENTE PEDIATRICO Y ADULTO ESPECIFICACIONES TECNICAS REQUERIDAS	
DESCRIPCION	Equipo para brindar ventilación mecánica a pacientes que no pueden respirar por su propia cuenta.
	Operación controlada por microprocesadores.
	Ciclado por tiempo, limitado por presión
	Con sincronismo por flujo, se activa con las inspiraciones espontaneas, que no imponga esfuerzo respiratorio al paciente.
	Con tecnología de ventilación abierta, que permite la respiración espontanea en cualquier ciclo respiratorio y en todos los modos ventilatorios, (sincronización paciente ventilador)
	Ventilación protectora pulmonar, para evitar volutraumas, atelectasias cíclicas y sobre distensión de los alvéolos.
	Que integra maniobras especiales; Inspiración manual: Pausa de inspiración Espiración manual: Pausa espiratoria Maniobra de medición con PEEP intrínseca, para medir la presión espiratoria final real en el interior de los pulmones. Maniobra de medición de la fuerza inspiratoria negativa (NIF) Maniobra de medición de la presión de oclusión (P0.1) Oxigenación para maniobra de labor de succión y post oxigenación.
CARACTERISTICAS GENERALES	Con Ventilación invasiva
	Con Ventilación no invasiva (NIV) para usarse en todos modos de ventilación
	Con terapia de alto flujo de oxígeno; De tecnología electrónica, esto asegura que la FiO2 y el flujo programados en la pantalla del ventilador, son exactamente los que recibe el paciente.
	Visualización de ondas gráficas y numéricas, curvas, bucles y bucles de referencia.
	Con compensación barométrica manual o automática
	Con capacidad de suministrar volúmenes tidales desde 20 ml hasta 3000 ml, (desde 0.02 hasta 3.0 litros)
	Ventilador con hardware que permita instalar a futuro software de ventilación neonatal



PARAMETROS DE CONTROL Y/O COMPONENTES	<p>Con PEEP intermitente que permita activarse en combinación con los modos de ventilación; VC-SIMV, VC-AC, VC-CMV, VC-MMV, PC-SIMV, PC- BIPAP, PC-AC, PC-CMV.</p> <p>El PEEP intermitente para realizar reclutamiento alveolar automático y se puedan prevenir las atelectasias, su función es abrir las áreas colapsadas de los pulmones o mantener abiertas áreas lentas de estos.</p>
	Compensación de fugas del 100% del volumen tidal programado.
	MODOS DE VENTILACIÓN CONTROLADOS POR VOLUMEN:
	VC-SIMV; Ventilación mandatoria intermitente, asistida y controlada por volumen que permite la respiración espontánea durante la fase espiratoria. Que permita activar y desactivar la Presión de Soporte (PS)
	VC-AC; Ventilación controlada por volumen y asistida, con frecuencia respiratoria de reserva.
	VC-CMV; Ventilación mandatoria continua controlada por volumen.
	VC-MMV; Ventilación controlada por volumen como apoyo al volumen minuto mandatorio.
	Modo de asa cerrada.
	-Las respiraciones mecánicas se reducen de forma automática y paulatina en los pacientes en los que se produce un aumento de la respiración espontánea, lo cual puede ocurrir en cualquier momento.
	- Permite el destete (retirada de la ventilación) automático al disminuir la frecuencia respiratoria mecánica y a presión ventilatoria necesaria.
	- Permite activar función de auto flujo que garantiza la aplicación del volumen tidal (VT) elegido con la presión mínima necesaria para todas las respiraciones mandatorias controladas por volumen. Si la Resistencia (R) o la Compliancia (C) cambian, la presión se adapta paulatinamente para administrar el VT definido.
	Esto significa que tanto la presión como el flujo se adaptan automáticamente. Durante todo el ciclo respiratorio, tanto durante la inspiración como la espiración, el paciente puede respirar de forma espontánea.
	Que permita activar y desactivar la Presión de Soporte (PS)
	MODOS DE VENTILACIÓN CONTROLADOS POR PRESION:
PC-BIPAP; Control de presión-presión positiva bifásica en las vías aéreas, con respiración espontánea bajo presión continua con dos niveles diferentes de presión.	
Que la retirada de la ventilación en el modo PC-BIPAP sea continua, desde el momento de la intubación hasta que se le retiran los tubos al paciente para no cambiar manualmente entre los modos, lo que simplifica el proceso de retirada y mejora la eficacia de la terapia.	
Que permita activar y desactivar la Presión de Soporte (PS)	
PC-CMV; Ventilación continua controlada por presión que permite la respiración espontánea (sistema abierto) durante todo el ciclo respiratorio.	
PC-SIMV; Ventilación intermitente asistida controlada por presión que permite la respiración espontánea (sistema abierto) durante todo el ciclo respiratorio	
PC-AC; Control de presión- Ventilación controlada por presión y por asistencia que permite la respiración espontanea durante todo el ciclo respiratorio y la frecuencia respiratoria de reserva.	
PC-APRV; Control de presión - Ventilación con liberación de presión en las vías aéreas, con respiración espontánea bajo presión positiva continua en las vías aéreas con liberaciones breves de presión.	
Este modo puede ofrecer ventajas clínicas para la gestión con ventilador de lesiones pulmonares agudas y síndrome de dificultad respiratoria aguda, y	



	<p>puede considerarse como un enfoque de pulmón abierto alternativo para la ventilación mecánica.</p>
	<p>MODOS DE VENTILACIÓN DE RESPIRACION ESPONTANEA:</p>
	<p>SPN-CPAP: Presión positiva continua en la vía aéreas Que permita activar y desactivar la Presión de Soporte (PS)</p>
	<p>SPN-PPS: Espontánea – Presión de soporte proporcional PPS es un soporte parcial para la ventilación que subsana la elasticidad y la resistencia del sistema respiratorio del paciente mediante la aplicación de presión de forma proporcional al volumen y al flujo respectivamente.</p> <ul style="list-style-type: none"> - El soporte es proporcional al flujo - Compensa el trabajo respiratorio relacionado con la elasticidad que es proporcional al volumen -El soporte es proporcional al volumen <p>Que pueda aplicarse la PPS en los siguientes pacientes:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Paciente con respiración espontánea -Paciente accesible y colaborador -Donde la ventilación en apnea está activada y adaptada al paciente. -En el marco de una mecánica pulmonar patológicamente deficiente con el fin de reducir el trabajo respiratorio. <p>Que pueda ayudar a mejorar los resultados:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Donde el paciente controla todos los pasos de la respiración (se siente más natural) -Que mejore la interacción paciente-ventilador -Que necesite menos sedación y mayor comodidad para el paciente durante la respiración espontánea.
	<p>MODO PARA LA RETIRADA DE LA VENTILACIÓN MEDIANTE PROTOCOLOGO AUTOMATIZADO:</p>
	<p><u>Función de cuidado inteligente con presión de soporte.</u> Es un protocolo clínico automatizado que está diseñado para estabilizar la respiración espontánea del paciente en una zona de confort y reducir automáticamente el soporte inspiratorio, para retirarle la ventilación.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que permita realizar prueba de respiración espontánea automatizada (SBT) - Que aumente el soporte ventilatorio cuando sea necesario - Que reduzca la duración de la retirada de la ventilación hasta en un 40% o mayor - Que reduzca el tiempo de ventilación total hasta en un 33% o mayor - Que reduzca la duración de la estancia del paciente en la unidad de cuidados intensivos hasta en un 20% o mayor - Que permite el cumplimiento de los protocolos de retirada de la ventilación al 100% <p>Que pueda cambiar el ajuste de la presión más rápidamente que si se hace en forma manual. Esto es real tanto para reducir el soporte (PS) como para aumentarlo si el paciente muestra signos de fatiga.</p>
	<p>HERRAMIENTAS / SOFTWARE DE APOYO PARA LOS MEDICOS Y OPTIMIZACION DE LA VENTILACION EN EL PACIENTE:</p>
	<p>Monitorización de capnografía (CO2) de flujo principal unidad Sensor reusable por tecnología mainstream unidades cubeta de CO2, reutilizable, adulto (2) unidades cubeta de CO2, reutilizable, pediátrica</p>
	<p>Función visual / pulmón inteligente Que brinde una visualización en tiempo real de los datos de la función pulmonar.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Que ayude a reducir la carga de trabajo cognitiva del personal de la unidad de cuidados intensivos.



	<ul style="list-style-type: none"> - Que realice la representación visual de los datos en tiempo real - Con analogía anatómica intuitiva. - Medición de compliancia y resistencia pulmonar.
	<p>Con auto flujo / Volumen garantizado;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ajuste del flujo automático y ajuste de la presión de ventilación al menor valor posible con volumen tidal constante. - Respiración espontánea en cualquier momento durante el ciclo respiratorio. - Respiración libre con auto flujo en ventilación de volumen constante con un nivel de presión mínimo, con un flujo desacelerado para evitar que se produzcan picos de presión. - Disponible junto con todos los modos de ventilación controlados por volumen: VC-CMV, VC-AC, VC-SIMV y por presión; PC-CMV, PC-AC, PC-SIMV
	<p>Con ATC</p> <ul style="list-style-type: none"> - Compensación automática continua al esfuerzo respiratorio causado por la resistencia del tubo endotraqueal. <p>Para dar mayor comodidad al paciente. Con sincronización mejorada en la ventilación asistida. Con extubación electrónica que permite predecir el éxito de la extubación. Con visualización de la curva de presión traqueal sin catéter de medición. Que pueda activarse en todos los modo de ventilación</p>
PARAMETROS DE CONTROL	CONTROLES MINIMOS DE PROGRACION DIRECTA:
	Frecuencia respiratoria espontanea: De 0.5 resp/min hasta 98 resp/min en pacientes adultos De 0.5 resp/min hasta 150 resp/min en pediátricos
	Tiempo inspiratorio: De 0.11 a 10 segundos en pacientes adultos De. 0.1 a 10 segundos en pacientes pediátricos
	Voumen tidal: De 100ml a 3000 ml (0.1 a 3.0 litros) en paciente adulto De 20ml a 300ml (0.02 a 0.3 litros) en paciente pediátrico
	Flujo inspiratorio: De 2 a 120 L/min en adultos De 2 a 30 L/min en pacientes pediátricos
	Sensibilidad de disparo (trigger): De 0.2 a 15 litros/minuto.
	Presión inspiratoria de 1 a 95 cmh2O
	Límite de presión inspiratoria de 2 a 100 cmh2O
	PARAMETROS MINIMOS MONITOREADOS:
	frecuencia inspiratoria
	Presión media de vías aéreas: Presión meseta Presión positiva al final de la espiración Presión inspiratoria pico (PIP) Presión media en las vías respiratorias Presión mínima en las vías respiratorias
	Medición de O2 (lado inspiratorio) FIO2 de 21 al 100 vol%
	Medición del volumen minuto: Volumen minuto, volumen minuto espirado, volumen minuto inspirado, volumen minuto espirado mandado, volumen minuto espontaneo.
	Medición del volumen minuto: Volumen tidal, volumen tidal inspiratorio mandado, volumen tidal espiratorio mandado, volumen tidal inspiratorio espontaneo, volumen tilda atrapado.
	Medición de la frecuencia: Frecuencia respiratoria



	<p>Frecuencia respiratoria espontánea</p> <p>Medición de CO2 en el flujo principal: Concentración de CO2 al final de la espiración (etCO2); rango de 0 a 100 mmHg</p>
ALARMAS	<p>ALARMAS MINIMAS:</p> <p>De presión alta en las vías aéreas</p> <p>De presión baja en las vías aéreas o desconexión</p> <p>De concentración de oxígeno alta/baja</p> <p>De apnea</p> <p>De falla de suministro de gases (oxígeno y/o aire)</p> <p>De falla eléctrica (red y/o batería baja)</p> <p>Monitorización de volumen alta y baja</p>
ACCESORIOS Y/O INSUMOS POR CADA VENTILADOR	<p>Pantalla en diagonal táctil giratoria de 15 o más pulgadas</p> <p>Carro de transporte con cuatro ruedas todos con frenos.</p> <p>Unidad de suministro de aire con tecnología que posea tres turbinas internamente para un flujo mayor y ventilar pacientes de gran peso corporal aproximadamente 500kg o mayor.</p> <p>Que garantice automáticamente el suministro de aire al ventilador en caso de fallar el sistema de suministro central de gas o durante el transporte de pacientes dentro del hospital.</p> <p>Con unidad Nebulizador electrónico para medicamentos, reusable. Que incluya:</p> <p>(1) unidad adaptadora en T, reusable, para circuito paciente adulto.</p> <p>(5) unidades adaptador para circuito paciente neonatal/pediátrico, reusables</p> <p>(1) unidad sensor de flujo, reusables, como mínimo</p> <p>(1) unidad manguera de O2 de 10 pies mínimo con conector diss</p> <p>(1) unidad manguera de AIRE de 10 pies mínimo con conector diss</p> <p>(1) unidad brazo articulado de fijación rápida.</p> <p>(1) unidad válvula espiratoria, reusable, adicional a la que trae el equipo</p> <p>(1) unidad pulmón de prueba, reusable, pediátrico/adulto</p> <p>(10) unidades de circuito respiratorio, con trampas de agua, para usar con filtro HME pasivo, desechable, adulto.</p> <p>(10) unidades filtró y HME con membrana HEPA, desechable, adulto</p> <p>(10) unidades filtro bacteriológico y viral, desechable, para colocar en válvula espiratorio.</p> <p>(3) kit circuito respiratorio inspiratorio calefactado, cámara humidificadora autollenable, válvula de alto flujo, adaptador de pieza en T, para realizar terapia de alto flujo.</p> <p>(1) unidad cánula nasal para alto flujo desechable, talla S</p> <p>(1) unidad cánula nasal para alto flujo desechable, talla M</p> <p>(1) unidad cánula nasal para alto flujo desechable, talla L</p> <p>Humidificador servocontrolado para humidificación activa con control de temperatura de 31°C a 40°C con visualización de temperatura de vías aéreas con calentador tipo hilo-caliente con control de la diferencia entre: la temperatura de salida de la cámara y la temperatura del gas entrando al paciente con alarmas de temperatura alta y baja de la cámara y vías aéreas con silenciador de alarma</p> <p>que incluye lo siguiente;</p> <p>(1) unidad humidificadora servocontrolado</p> <p>(1) unidad adaptadora de calentador de hilo calefactor de circuitos respiratorio desechables.</p>

	<p>(1) unidad sonda de temperatura/sensor de flujo de 1.5 metros de largo para todos los circuitos respiratorios.</p> <p>(1) unidad soporte de montaje de humidificador.</p> <p>(1) unidad Soporte para riel lateral, para interconectar soporte de montaje/humidificador.</p> <p>Unidades set de circuito con tubo inspiratorio calefactado de pared interior lisa y tubo espiratorio con trampa de agua, con camara humidificador autollable, para paciente adulto/pediátrico, desechable.</p>
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	Para uso con suministro de 100-120 VAC, 60 Hz, con cable grado medico anti explosivo con longitud de 3 metros
	Bateria recargable interna del ventilador con autonomia de 30 minutos o mayor
	(01) unidad UPS (uninterrupted Power Supply) para protección eléctrica
CONDICIONES DE RECEPCION	Se entregara manual de usuario en español
	Se realizara capacitaciones; a usuarios según lo que programe el personal del aérea y a la parte de biomédica del hospital
GARANTIA	Garantía por escrito del 1er y 2do año
	Que incluya plan de mantenimiento preventivo completo de dos (2) años con visitas cada mese a partir de la instalación.

Nota: Se anexa al Ventilador Mecánico Pulmonar para Adulto y Pediátrico deberá Incluir:

- Membrana de la válvula exaltaría, 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a suministrar.
- Sensores proximales de flujo O2. 20 para adulto y 20 para pediátrico por equipo a suministrar.

ANEXO 3

No	EMPRESA	Dirección	Teléfonos	Correos Electrónicos
1	NIPRO MEDICAL CORPORATION	Tegucigalpa D.C COLONIA 21 DE OCTUBRE CONTIGUO A TECNICA EUROPEA, INICIO DEL ANILLO PERIFERICO	22368133/ 22368133 /31666118	marilinf@nipromed.com elisalv@nipromed.com marcov@nipromed.com
2	INVERSIONES Y EQUIPOS S. DE R.L. DE C.V.	Tegucigalpa D.C. Departamento Col. Kennedy 5ta entrada, complejo de bodegas simón 3ra bodega Departamento de Francisco Morazán	22285021/ 22285021/ 31496363	invequijos2014@hotmail.com taniabarahona55@hotmail.com rivasmarbely@hotmail.com jaga_1674@hotmail.com
3	DISTRIBUIDORA COMERCIAL S.A.	Tegucigalpa D.C. Departamento de Francisco Morazán Barrio Sabanagrande, entre bulevar Morazán y Final avenida Los Próceres	22211970/ 99783559	ymendez@dicoso.net dicoso5@dicoso.net Sayra.galoicosa.net Jchasbunicosa.net
4	AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	San Pedro Sula Departamento: Departamento de Cortés BLDV DEL ESTE - AUTOPISTA HACIA EL AEROPUERTO, SECTOR CALPULES, FRENTE A COLONIA DEL VALLE, 1.5 KM ANTES DEL PEAJE SALIDA A LA LIMA, COMPLEJO AGENCIA MATAMOROS S. DE R.L.	25599041/ 95840353	mbarcenass@agenciamatamoros.com tamoros.com ventas1sps@agenciamatamoros.com mbarcenass@agenciamatamoros.com smenjivar@agenciamatamoros.com
5	FUMIGACIONES NAJERA S.A	Tegucigalpa D.C. Departamento: Departamento de Francisco Morazán Colonia Lomas del Mayab	32808297/ 87584906	2018fumnas.a@gmail.com sustin18@gmail.com
6	YIP SUPERMERCADOS S.A. DE C.V.	Tegucigalpa D.C. Departamento: Departamento de Francisco Morazán	22253557 31733565	karla.yip@grupoyip.com rafaelfranco@grupoyip.com karla.yip@grupoyip.com julian.yip@grupoyip.com
7	DROGUERIA Y DISTRIBUCIONES DIVERSAS DE CENTROAMERICA S DE RL	Comayagua Departamento: Departamento de Comayagua Ba. abajo media cuadra abajo del centro de salud.	27721000 22131393 31907793	divercahn@hotmail.com info@distribucionesca.com compras@distribucionesca.com

8	HEALTHCARE PRODUCTS CENTROAMERICA S DE R.L.	Tegucigalpa D.C. Departamento COLONIA ROBLE OESTE, 3a CALLE SUR BLOQUE E Departamento de Francisco Morazán	22392663/ 22334216/ 96192143	fsabio@bakertilly.hn claudiurrutia@hotmail.com
9	PHARMADENT SOCIEDAD ANONIMA	Tegucigalpa D.C. Departamento BO. LA PLAZUELA (EL CENTRO), CALLE EL ARBOLITO, AVE. MIGUEL PAZ Departamento de Francisco Morazán	22139584/ 97000256	compras.pharmadent@gmail.com
10	IMLAB FARMACETICA S DE RL	Tegucigalpa D.C. Departamento: COLONIA LOS ALMENDROS Departamento de Francisco Morazán	92928513	paopao0506@yahoo.com hilda.martinez@imlabhn.com sonia.godoy@imlabhn.com marcos.rojas@imlabhn.com, giselle.rojas@imlabhn.com carmen.milla@imlabhn.com
11	INVERSIONES COBAN, S DE R.L.	Tegucigalpa, colonia lara, avenida los próceres frente al edificio la paz, contiguo escuela Nashville	22215259/ 88493912	gandrade@cobanh.com vhcobos@cobanh.com luisacolindres@hotmail.com
12	BIO TEC SUMINISTROS MEDICOS S. DE R.L.	San Pedro Sula Departamento: Departamento de Cortés Los Zorzales, calle principal, tercera etapa	25510386/ 9512-4815	operations@biotec-med.com
13	INVERSIONES MULTIPLES GABRIELA	Col. La Era, frente anillo periférico, 1 cuadra antes del puente vehicular de Col. San Miguel	33965922	Mirnaorellana88@gmail.com
14	DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES VARIAS	Hato de Enmedio, Calle Principal, sector 5, bloque 93 Casa 3, frente a Barbería Iván Distrito Central, Francisco Morazán, Honduras	2255-1040	direva01@yahoo.com direva01@gmail.com
15	DISTRIBUCIONES FRANK	El Progreso Departamento: Departamento de Yoro Municipio: El Progreso Dirección legal: Bo. el Centro, 2da calle Norte	33949286	distribucionesfrank2015@gmail.com